ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	30-10-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F5AB20190203 9E	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. REACTIVO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO ES)	REJILLAS (5 lpm)	FILTROS (5 lpm)	BASE (5 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (50 - 60)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
0957	6.3	95.1	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
7	Otros:		
8	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Falla en Swch

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Swch	1			
	PILA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tanjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO ES)	REJILLAS (5 lpm)	FILTROS (5 lpm)	BASE (5 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (50 - 60)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
0958	6.4	95.1	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: