

Fecha Recepción: **30-10-23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equip: **7F5AB2020020000032** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	ZONA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUERIDO	DANADO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES BASES POR FACILIDAD

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (S/N)	Pila (S/N)	"Flujo a 0" (S/N)				BASE (S-N)	BASE (S-N)	BASE (S-N)			RUEDAS (S/N)
					(S/N)	(S-N)	(S-N)				(S-N)	(S-N)	(S-N)			(S-N)
2543	6.9	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. OCLADO		Tiempo de la prueba			Generó alarma		No	SI								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
7. CONTROL DE TEMPERATURA																
8. CONTROL DE HUMEDAD																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	SI
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cama tapada)	Se verifica activación de alarmas (S1 - LR - ES)	SI
2	Fuga Mermas	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea electrónica	SI
5	Activación de alarma de aire	Operar manguera de salida de aire de ventilador	SI
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (S/N)	Pila (S/N)	"Flujo a 0" (S/N)				BASE (S-N)	BASE (S-N)	BASE (S-N)			RUEDAS (S/N)
					(S/N)	(S-N)	(S-N)				(S-N)	(S-N)	(S-N)			(S-N)
2543	6.5	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO		