



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Emisión 31-08-23

Orden de Trabajo 194084

Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea

Orden de Trabajo NN-4308D

Fecha Inicio de Trabajo 31-08-23

Fecha Fin de Trabajo 02-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

FECHA INICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA FIN DE MANTENIMIENTO

1. CICLADO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5. OTROS:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

PRUEBAS DE ALARMA	FLUOMETRO		PRESION		OXIGENO		HIDROMETRO		PRUEBAS DE ALARMA	FILTROS	REJILLAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
	Desconexión (SI/NO)	Flujo a 0" (SI/NO)	Presión (SI/NO)	Flujo a 0" (SI/NO)	Presión (SI/NO)	Flujo a 0" (SI/NO)	Presión (SI/NO)	Flujo a 0" (SI/NO)							Presión (SI/NO)
3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	mto
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

No.	Prueba	Descripción	Buena	Malas	Cubierto	Buena	Malas	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila						OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo						SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte						SI

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
MANEJERA	TAMIZES	2	FIJERO	INTERNO	1
MANEJERA	BOLQUILA	2	PIVA		1
MANEJERA	TAMIZES	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Buena	Malas	Cubierto	Buena	Malas	Resultado
2	Flujo interno	Se verifica el flujo de aire interno						SI
3	Desconexión eléctrica	ACCIÓN ALARMA EXTERNA						SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica						SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire es satisfactorio						SI

No. de Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA	FILTROS	REJILLAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO
28448	SI	SI	SI	SI	SI	Apibado