



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
OAD-MAN-FR-008  
Fecha Actualización 11/10/2016  
Página 1 de 2

Fecha: 31-08-23 Remisión #: 194084 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:   
 Código Equipo: NN-571B Fecha Inicio: 31-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 04-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a 0" (LO-ES)		REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)
	24995	6.3	94.1	SI	SI			ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mta		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			no						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
Otros:			
Otros:			

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera tanque oxigeno	1		Filtro interno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
Otros:			
Otros:			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a 0" (LO-ES)		REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)
24998	6.2	93.3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	Aprobado		