



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA DE MANTENIMIENTO  
SOLICITANTE  
FECHA REALIZADO: 11/09/2010  
Página: 02

Fecha Remisión: 31-0823 Remisión #: 194084 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: [ ]  
 Código Equipo: NN-6463 Fecha Inicio: 31-08-23 Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: 04-09-25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PELIGRO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ESTADO DE LA CLASIFICACION	SI	NO	ESTADO DE LA CLASIFICACION	ESTADO DE LA CLASIFICACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	"SI-NO"		
	26144	65	93.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1 CICLADO			Tiempo de la prueba				Genero Alarma	NO	X	SI			Cual?		
2 DAÑOS IDENTIFICADOS									X						
3 ESTADO DE LAS CONEXIONES															
6 ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7 CONTROL DE TEMPERATURA															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
MANEJERA	TANQUE OXIGENO	1	FILTRO	INTERNO	1
MANEJERA	BALLINAS	2	ANILLOS		2
MANEJERA	TAMIZES	2	FILTA		1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (80% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	"SI-NO"		
	26146	65	93.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO