ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Mantención	04-09-23	Remisión #	194339	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	Ing. Cargo	
Código Equipo	NN-4078	Fecha Inicio	04-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	05-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Horas)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5L-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5L-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5L-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5L-6Lpm)	FILTROS (5L-6Lpm)	BASE (5L-6Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5L - 6CL)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5L - 6CL)	RUEDAS (5L-6Lpm)	OBSERVACIONES
	31600	6,3	96	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	Si
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
5	Otros:		
-	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
-	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión electrica	Activacion alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activacion de valvula de alivio	Obstrue manguera de salida de aire os compresor	si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Horas)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5L-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5L-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5L-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5L-6Lpm)	FILTROS (5L-6Lpm)	BASE (5L-6Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5L - 6CL)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5L - 6CL)	RUEDAS (5L-6Lpm)	OBSERVACIONES	FIRMA MANTENIMIENTO
	31602	6,1	95A	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado	

Powered by CamScanner