

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GIG-UNIF-PC-09
Fecha Actualización: 11/02/09
Página 1 de 2

Fecha Realización: 04-09-23 Remisión #: 194339 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: 05-09-23

Código Equipo: MN-39608 Fecha Inicio: 04-09-23 Hora Inicio Labor: No. Inicio Abastecimiento: No. Fin Abastecimiento: No.

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

FECHA INICIO ABASTECIMIENTO	FECHA FIN ABASTECIMIENTO	BI	NO
1	1	SI	NO
1	1	SI	NO
1	1	SI	NO
1	1	SI	NO
1	1	SI	NO
1	1	SI	NO
1	1	SI	NO

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (P=NO)		PILA (U=NO)		"FOLIO A 0"		SONLITE (SI=NO)		CÓDIGO DE BARRAS (SI=NO)		RUEDAS (SI=NO)		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CICLADO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Mto
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	NO
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	NO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
Manguera a tarjeta principal	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo)	Se verifica activación de alarmas (L-L, U-L, E-L)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L-L, E-E))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida de aire de computador	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (P=NO)		PILA (U=NO)		"FOLIO A 0"		SONLITE (SI=NO)		CÓDIGO DE BARRAS (SI=NO)		RUEDAS (SI=NO)		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
14749 6.3 92.1	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Apio bado