

Ocho

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAO-MAN-F-008
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Emisión: 04-09-23 Orden N°: 194539 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-2589B Fecha Inicio: 04-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 06-09-23

FECHA CONTAMINADO POR PASADIZO P.4.04	No	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
			SI	No

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESIÓN	CYLINDRO	PLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	BASE	MALLA				RUEDAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)		
	11795	6,8	92,1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mtb
1 CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?								
2 RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3 ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4 SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo			
5 DAÑOS IDENTIFICADOS: Puerta buja a 89%, no se sostiene en 90%																	
6 ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno cable de poder	1		Switch encendido Tornillos	1
					2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Carga Regulada)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Ocluir manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESIÓN	CYLINDRO	PLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	BASE	MALLA				RUEDAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)		
	11795	6,2	95,4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>[Signature]</i>																	