



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAO-MAN-FB-008 Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 04-09-23 Remisión #: 194339 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benumea No. Orden:

Código Equipo: NN-3813B Fecha Inicio: 04-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 06-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO.

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), RESILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Pureza baja a 81%' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'Pila', 'Mangueras tanque de O2', 'Alarma sonora', 'Tamices'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Summary table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, RESILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Aprobado' and a signature.