



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FIRMADO: CAROLINA PEREZ
Codigo: Versión: 2 Fecha Actualización: 11/06/2010 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 04-09-23 Remisión #: 194339 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Codigo Equipo: NN-11919 Fecha Inicio: 04-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 07-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns for 'FALLA', 'DANO', 'GRADO DANO', 'CAUSAS', 'EQUIPO', 'FECHA INICIO', 'FECHA FIN', 'SI', 'NO'.

Main diagnostic form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 5. CONTROL DE TEMPERATURA, 6. SISTEMA DE REFRIGERACION. Includes handwritten notes like 'Pureta bajo a 86%', 'Anillos en buen estado', 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for battery voltage, air leaks, electrical connections, and alarm sound.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists 'Manguera tubo refriger.' and 'Manguera tanque O2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation tests for alarm activation and air flow.

Final summary form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten note 'Reparación Pendiente' and a signature.