



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-AMM-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 08-09-23 Remisión #: 194735 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benítez No. Orden:

Código Equipo: NW-3907B Fecha Inicio: 08-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 08-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation dates.

Main maintenance form with sections for PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE MANGUERAS, and ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten results like 'Bueno' and 'Si'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists 'Manguera Tanque O2' with quantity 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance form with PRUEBAS DE ALARMA, RUIDO EXTRAÑO, and ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten results and a signature.