



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 06-09-23 Ramblón #: 194520 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benicoria No. Orden:

Código Equipo: NN-13840 Fecha Inicio: 06-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 09-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns for equipment status and contamination. Includes handwritten entry 'Tamices' with a '2' in the quantity column.

Main maintenance checklist form. Includes sections for: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten notes like 'Pureza baja a 89%' and 'Bueno'.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'Anillos', 'Base', 'Manguera válvula ciclos', etc.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance checklist form. Includes sections for: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten entry '1654162959' and 'Aprobado'.