# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 07-09-23 | Remisión # | 194637 | Auxiliar Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | NN-3692B | Fecha Inicio | 07-09-23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 07-09-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Si | | No | | |
| | | | | | | | Si | | No | | |
| | | | | | | | Si | | No | | |
| | | | | | | | Si | | No | | |
| | | | | | | | Si | | No | | |
| | | | | | | | Si | | No | | |
| | | | | | | | Si | | No | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | RESULAS (SI-NO) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27292 | 6.9 | 95.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | no | | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | Ok |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 5 | Otros: | | |
| * | Otros: | | |

Descripcion del diagnóatico identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|
| | Mangueras de Tanques | 2 |
| | Manguera de tanque de oxigeno | 1 |
| | Filtro interno de Aire | 1 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|
| | Protector display | 1 |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| * | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | RESULTAS (SI-NO) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27293 | 6,2 | 95,8 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner