



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-R-258
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-09-23
Remisión #: 194971
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
Codigo Equipo: 7F55E2019070120
Fecha Inicio: 12-09-23
Hora Inicio Labor: []
Fecha Fin: 12-09-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FALLA, DIAGNOSTICO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes 'SI' and 'NO' checkboxes.

En Mantenimiento: HORÓMETRO (7760), PRESIÓN (6.4), OXIGENO (94.6), FLUJOMETRO (Si).
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si), Pila (Si), Flujo a 0" (Es).
1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma (No), Cuel? (Si).
2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No (X).
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos (X), Malas.
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno (X), Malo.
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: []
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Si, Con Sobrecalentamiento: No.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5.V (ok), Prueba de Fugas (Si), Conexión eléctrica (Si), Conexión electrónica (Si), Prueba de alarma (Si).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre flujómetro) (Es), Flujo Máximo (Si), Desconexión eléctrica (Si), Desconexión tarjeta de flujo (Si), Activación de válvula de alivio (Si).

En Mantenimiento: HORÓMETRO (7762), PRESIÓN (6.19), OXIGENO (35), FLUJOMETRO (Si).
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si), Pila (Si), Flujo a 0" (Es).
Observaciones: Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]