



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-FR-008  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-09-23 Remisión #: 194971 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-1888B Fecha Inicio: 12-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 12-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes rows for SI/NO status.

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten data like '18099 6-5 94.0 si' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'MANGUERA TRAYUES' and 'MANGUERA TRAYUE OXIGENO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Flujo)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data '18104 6.2 93.1 si' and 'Aprobado'.