



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAH-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-09-23
Remisión #: 194971
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden

Código Equipo: NN-3891B
Fecha Inicio: 12-09-23
Hora Inicio Labor
Fecha Fin: 12-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, Si, No

Empty form section

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA, OBSERVACIONES (mto), 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (TARJETA PRINCIPAL, SUELOS DE ENCIENDIDO), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5. V (OK), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI)

Form section: Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows: BASE (1), FILTRO INTERNO (1), RUEDA (1), MANGERA TAMIZES (2), JORNILLO ALASADO (1), MANGERA TANQUE OXIGENO (1)

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Es), Flujo Máximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI)

Main maintenance form (repeated) with sections: PRUEBAS DE ALARMA, OBSERVACIONES (Aprobado), FIRMAS