



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAH-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-09-23 Remisión #: 194971 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Codigo Equipo: NN-1150B Fecha Inicio: 12-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 12-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLUGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes 'SI' and 'No' columns for each row.

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Mto), 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (Bueno), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (ok), Prueba de Fugas (Si), Conexión eléctrica (Si), Conexión electrónica (Si), Prueba de alarma (Si).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: MANGERA TALLERES (2), MANGERA TALLERES OXIGENO (1).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Si), Flujo Máximo (Si), Desconexión eléctrica (Si), Desconexión tarjeta de flujo (Si), Activación de válvula de alivio (Si).

Final maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Aprobado), FIRMA MANTENIMIENTO (Signature).