



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión	3
Fecha Actualización	17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión	12-09-23	Remisión #	194971	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
----------------	----------	------------	--------	------------------------	---------------------	-----------	--

Código Equipo	NW-216813	Fecha Inicio	12-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	12-09-23
---------------	-----------	--------------	----------	-------------------	--	-----------	----------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CONDICIONES DE SEGURIDAD							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (80% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA							RUEĐAS (SI-NO)	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			CÓDIGO DE BARRAS	
					SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
	8862	66	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Males	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica volteje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			
	MANGERA	2			
	MANGERA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aviso	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (80% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA							RUEĐAS (SI-NO)	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			CÓDIGO DE BARRAS	
					SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
	8863	63	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
FIRMA MANTENIMIENTO															