



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAG-MAN-FR-028  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/12/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-09-23 Remisión #: 194971 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-24613 Fecha Inicio: 12-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 12-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for recording contamination status.

Form for maintenance checks including: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), RELULAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '228266:5 953 SI' and 'mto'.

Table with 6 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma', and 'Otros'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'MANEJERA TAMIZES' and 'TAMIZES'.

Table with 4 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', and 'Activación de válvula de alivio'.

Final maintenance form with fields for HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, RELULAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, and FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten 'Aprobado' and a signature.