



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo GAD-UNAF-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/06/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 14-09-23 Remisión # 195150 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Codigo Equipo NN-131413 Fecha Inicio 14-09-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 14-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, SI, NO.

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'Bueno' and 'Si'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: FILTRO INICAVIA 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation test results for 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de aire'.

Final maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REILLOS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.