



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO QAO-MAN-FR-006 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-09-23 Remisión #: 195279 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-318B Fecha Inicio: 15-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 15-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, and a grid for equipment status (SI/NO).

ADICIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIO

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten values like 'Buena', 'Si', 'No'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results 'OK', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cerrar flujoómetro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de aire' with results 'ES', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si'.

Final maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, and OBSERVACIONES. Includes handwritten values and a signature.