ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	15-09-23	Remisión #	195279	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-3352 B	Fecha Inicio	15-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	15-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO											
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			

OBSERVACIONES DE DAÑOS POR FACTURAR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	16819	6.5	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento		no		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
5	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	16220	6.1	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner