



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-09-23 Remisión #: 195279 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-1734B Fecha Inicio: 15-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 15-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NB, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, SI, No.

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Mfo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'Pila', 'Filtro Aire', 'Manguera de tanque Oxígeno'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Bottom maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.