



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMULARIO
GAD-UM-#1-208
Fecha Actualización: 11/02/2018
Página 1 de 3

Fecha Remisión	18-09-23	Remisión #	195418	Auxiliar	Mantenimiento	Mostrador	Jim Diego Benimera	No. Orden	
Código Equipo	111-46193	Fecha Inicio	18-09-23	Mostrador	Labur	Fecha Fin	18-09-23		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUMIGACION		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE MANTENIMIENTO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE REPARACION		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento		HORÓMETRO		PRESIÓN		OXIGENO		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLA		FILTROS		BASE		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		OBSERVACIONES	
10474 64963		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		mfo	

1. CICLADO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	SI	NO	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala	SI	NO
------------	----	----	---	------------------------	--------	-------	----	----	-----------------------------	-------	------	----	----

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		SI	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	NO
-----------------------------	-------	--	----	---------------------------	-------	----	------------------------	----

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		

Descripción del diagnóstico Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
MHNSCA	TANQUES	2			
MHNSCA	TANQUES	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Filjo = 0 (Cera Indulgento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E9)	ES
2	Filjo Maluco	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1, L0, E9)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activado alarma sonora	SI
4	Desconexión Jarra de Jiljo	Desconexión alarma eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de silbo	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento		HORÓMETRO		PRESIÓN		OXIGENO		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLA		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		OBSERVACIONES	
10474 64963		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Aprobado	

Jim Diego Benimera