ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAS-MAN-FR-018
Versión: 2	Fecha última revisión: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	18-09-23	Remisión #	195418	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Beinpinea	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-487213	Fecha Inicio	18-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	18-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				

								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)	
	0288	6.5	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	No

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros;		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo ó LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)	
	292	6	95.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner