



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
Codigo GAG-MAN-FB-2018
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-09-23 Remisión #: 195617 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benivieja No. Orden:

Codigo Equipo: NN-2419B Fecha Inicio: 20-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 20-09-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation status.

Main maintenance checklist table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten entries for pressure (6.6), oxygen (95.3), and test results.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists specific tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc., with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists items like 'Tarjeta principal' and 'Kit mangueras a tanque oxigeno'.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance checklist table, similar to the main one, with handwritten entries for pressure (62), oxygen (94.1), and test results. Includes a signature area for 'FIRMA MANTENIMIENTO'.