



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-PR-42B
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 22-09-23 Remisión #: 795837 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-765B Fecha Inicio: 22-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 22-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation status.

Table for PRUEBAS DE ALARMA (Alarm Tests) with columns for Desconexión, Pila, Flujo a 0, and various sensor types (REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS). Includes handwritten values like 'Si', 'No', and 'ES'.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma (No, Si), Cual? (X)

2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No (X) 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos (X), Malos 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno (X), Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Si, Con Sobrecalentamiento: No

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Inventory or parts list table.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Table for PRUEBAS DE ALARMA (Alarm Tests) with columns for Desconexión, Pila, Flujo a 0, and various sensor types. Includes handwritten values and a signature 'Aprobado'.

3199 6299.5 Si Si Si ES Si Si Si Si Si Si

FIRMA MANTENIMIENTO