



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26-09-23 Remisión #: 196070 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-2700B Fecha Inicio: 26-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 26-09-23

Table with columns for equipment status (EQUIPO CONTAMINADO POR...), SI/NO, and other indicators.

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Disconexión, Pila, Flujo a 0), CICLADO, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE MANGUERAS, SISTEMA DE REFRIGERACION, DAÑOS IDENTIFICADOS, ESTADO DE LAS CONEXIONES, CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten values like 16649, 6.2, 95.5, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Bueno, Si, No, etc.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma, Otros.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: Anillos, Kit manguera y tanque oxigeno 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión Jarjota de flujo, Activación de válvula de alivio, Otros.

Bottom maintenance form section with fields: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten signature and date: Aprobado 26/09/23.