ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	FORMATO GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	28-09-23	Remisión #	196262	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Bonjumea	No. Orden	

Código Equipo	NN-12423	Fecha Inicio	28-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	28-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA				NO		FECHA INICIO ALISTAMIENTO				FECHA FIN ALISTAMIENTO			
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	VASOS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: PLANTA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9728	6,4	94,2	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	si	Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
5	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	VASOS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: PLANTA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	4730	6,2	99,9	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO