OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código [illegible] Versión: 1 Fecha Actualización 17/10/2016 Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-09-23	Remisión #	196124	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Beltromea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-1889B	Fecha Inicio	27-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	29-09-23
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

							SI		No	
							SI		No	
			Cable de poder		1		SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILTROS		BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(80% - 89%)	(SI-NO)	Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANUAL (SI-NO)	(SI-NO)	
	31516,3	93,8	si	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza en 89,9												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	si			Con Sobrecalentamiento	no		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1		Tamices	2

No.	Prueba/ Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILTROS		BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(80% - 89%)	(SI-NO)	Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANUAL (SI-NO)	(SI-NO)	Aprobado
	31547	6	94,8	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner