OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión	25-09-23	Remisión #	195974	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-808B	Fecha Inicio	25-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	30-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
						SI	No
						SI	No
			Protector display			SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	23690	6,5	92,3	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza baja a 89%.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	si	Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1		Tamices	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	23692	6,2	90,8	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]

Powered by CamScanner