



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-208
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/02/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26-09-23 Remisión #: 116070 Asistir Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-3679B Fecha Inicio: 26-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 30-09-23

Table with columns for equipment status (EQUIPO CON MANTENIMIENTO POR POSIBLES DAÑOS), alarm tests (PRUEBAS DE ALARMA), and cable tests (PRUEBAS DE CABLEADO). Includes 'SI' and 'No' columns.

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Pureza baja a 89.9 no se sostiene en 90%'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry 'Tamicos' with quantity '2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance form with columns for equipment status, alarm tests, cable tests, and a signature line (FIRMA MANTENIMIENTO) with handwritten signature 'Aprobado' and 'Juan Diego Benjumea'.