

OXIpro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 01	
Código		CICLOTRON		Código		CICLOTRON	
Número		Fecha Asesorado		Fecha Asesorado		Página	
Fecha Recepción	09-04-24	Remarca #		Nombre Mantenedor	Javier Ayala		Nº Orden
Código Equipo	NN-1173B	Fecha Inicio		Fecha Inicio		Fecha Fin	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLASA		SI	NO	FECHA INICIO ARLAMIENTO		FECHA FIN ARLAMIENTO	
<p>NOVO ACOPLE PLASTICO TUBO HUMIDIFICADOR 7</p>							
<p>LIMPIEZA GENERAL</p>							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		RELLENOS		SISTEMA DE BARRAS	
RECARGA	PRUEBA	ENSAYO	RELLENO	COMPRESOR	PIA	VALVULA	PRUEBA
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10464	65	838	51	51	51	51	51
1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	3.00	Grav. Norma	SI	SI	OK
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANILEROS	Buenos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno OK
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	<p>FUGA EN LA MANGERA A PURGAS 83</p>						
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK		6. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno OK		7. Con Seleniuro	OK
Nº	Prueba	Descripción					Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica estado de la pila					SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se apaga o suena					SI
6	Grav.						
7	Grav.						
Descripción del diagnóstico identificado							
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CANT	USO	CANT	CANT	
Kit	TAMIZES	1		TAMIZES		2	
Kit	TANQUE OXIGENO	7					