



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 19-04-24
Remisión #:
Auxiliar Mantenimiento: JUNIER AYUDELO
No. Orden:
Codigo Equipo: MM-1243 B
Fecha Inicio:
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries: REMACHE POP y bicicro, F-FILTRO LATERAL, D-FILTRO CENTRAL.

Limpieza GENERAL

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 332076589, OK, 3:00, E-2, PURRZA 7.89, OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: TAMIZES (2), Kit UPLUULAS desiclos (7), Kit TANQUE oxígeno (7).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like Flujo = 0 (Cierra flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc.

Bottom section of the maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 332096595, OK, OK, E-2, OK.