



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-PR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Javier Murolo No. Orden:

Código Equipo: NN-1609B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PELIGRO (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation status.

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (No), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Buena), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. All results are 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. (Empty table)

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio. All results are 'SI'.

Final maintenance form with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (No), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Buena), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena). Includes a signature line.