



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICA AGUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN-4905B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation status.

LIMPIEZA GENERAL

Maintenance form section with fields for HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, and OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '262396.4893' and '4:00'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', and 'Prueba de alarma' with results marked as 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry 'TAMIZES' with quantity '2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)' and 'Flujo Máximo'.

Final maintenance form section with fields for HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, and OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '2624365' and '9.5351'.