



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25-04-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER AQUELO No. Orden: []

Código Equipo: NN-3180B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE BRAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for recording contamination and isolation dates.

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance checklist table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and OBSERVACIONES. Includes handwritten entries for 'AJUSTE del REGULADOR de PRESION FUGA'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc., with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts like 'Kit TANQUE OXIGENO' and 'KIT VALVULAS DE SERVICIOS'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Bottom section of the maintenance form, including a second instance of the main checklist table with handwritten data and a 'FIRMA MANTENIMIENTO' field.