



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICE AYUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN 323 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA (SI/NO) and FECHA INICIO AISLAMIENTO (SI/NO). Includes handwritten entry: 'DCOPIE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 7'.

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections for PRUEBAS DE ALARMA, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE LAS CONEXIONES, and CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten data: '2459365945', 'OK', '1:00', 'OK', 'OK'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: 'FILTRO DE AIRE INTERNO 1', 'KIT TANQUE DE OXIGENO 7', 'TARJETA FIUJO 7'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cerrar flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Bottom section of the maintenance form with columns for PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and FIRMA MANTENIMIENTO.