



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-005
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 30-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Javier Avila No. Orden:

Codigo Equipo: NN-21763 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Row 1: DT MANIJA F-S, 7, SI, NO.

Limpieza General

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (MANIJA ROTA), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. (Empty rows)

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Flujo = 0 (Cierre flujoómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Bottom maintenance form with fields: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Values: 14063, 65, 929, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.