



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1-8-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: Junior Aguirre No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: 2020080000171A Fecha Inicio: 1-8-24 Hora Inicio Labor: 11:40 Fecha Fin: 1-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPUES TO CARRIADO. Includes 'SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO' label.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 3767, 6.6, 948, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

1. CICLADO OK Tiempo de la prueba Generó Alarma No X Si Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS AJUSTE DE REGULADOR DE PRESION
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, air leaks, electrical connections, and alarm sound.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for flow, maximum flow, alarm activation, and valve activation.

Table with columns: Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 3768, 6.4, 92.3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.