OXIPro — ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 2-08-24 — JUNIOR AGUDELO

Codigo Equipo: NN-2415B — Fecha Inicio: 2-08-24 — 9:40 — Fecha Fin: 2-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI ___ NO ___ — FECHA INICIO AISLAMIENTO ___ — FECHA FIN AISLAMIENTO ___

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO		ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
	DT	FILTRO LACTERAL	1	SI / NO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	ESTERILIZACION (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES
25774	6.7	95.2	SI	SI SI ES SI SI SI SI SI SI		

1. CICLADO: OK

2. RUIDO EXTRAÑO: SI ___ NO X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno ___ Malo ___ — 4. SISTEMA DE ESTERILIZACION: Bueno OK Malo ___

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR de PRECION ESTALLADO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Resultado
1	Flujo [illegible] V	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión Neumática	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros	
7	Otros	

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	REPOSICION	CANT
	REGULADOR de PRECIÓN	1	

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo [illegible]	SI
2	[illegible]	SI
3	Descarga [illegible]	SI
4	[illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	SI
6	Otros	
7	Otros	
	Otros	

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO	ESTERILIZACION	PRUEBAS DE ALARMA	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES
25774	6693.3	SI	SI	SI SI ES SI SI SI SI SI SI		