OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FORMATO	
Código	TAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 2-08-24 | Remisión: | Cliente: Javier Agudelo | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-652 B | Fecha Inicio: 2-08-24 11:00 | Fecha Fin: 2-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: S [ ] NO [X] | SE REALIZO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE	NO

		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No

TRABAJO REALIZADO POR EL TECNICO

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-98%)	CONECTES (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Flujo 0 (SI-NO)	Flujo 8 (SI-NO)	BAT (SI-NO)	LUCES (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	22677 ~~6.6~~	95.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 7:00 | X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: AJUSTE REGULADOR de PRESION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | OK | OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Filtro 3.0	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión neumática	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros:	SI
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba (Simulación)	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	SI
2	Flujo = Alarma	SI
3	Desconexión eléctrica	SI
4	Desconexión eléctrica flujo	SI
5	Activación electroválvula cierre	SI
6	Otros:	
7	Otros:	
	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-98%)	CONECTES (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Flujo 0 (SI-NO)	Flujo 8 (SI-NO)	BAT (SI-NO)	LUCES (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	22678	6.5	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

FIRMA MANTENIMIENTO: