OXPro — OXIGENOS MEDICINALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO:
Código: SADMAN-FR-009
Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	2-08-24	Revisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Agudelo	No. Orden	

Codigo Equipo	NN- 1488 B	Fecha Inic.	2-08-24	Hora Inic.	11:30	Fecha Fin	2-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: — FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
		f	Acople Rosca A Tubo Humificador	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (3 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo 0 (SI-No)	BATERIA (SI-No)	FASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9620	66	94	8 SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK — Presión de la prueba: 1,00 — SI [X] NO [ ]

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Malas [ ] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK — Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: EQUIPO TRABAJANDO OK

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5 V		
2	Prueba de Fugas	Se verifica que no haya fugas en el equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifica que la conexión eléctrica del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma suene	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REPUESTO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo)		SI
2	Flujo Maximo	Se verifica [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		SI
5	Activación de válvula de seguridad	Se verifica [illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (3 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo 0 (SI-No)	BATERIA (SI-No)	FASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	4621	66	94	7 SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI