OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MAN-FR-009
		Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
			Página 1 de 2

Fecha Remisión	5-08-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDE 10	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4984 B	Fecha Inicio	5-08-24	Hora Inicio Labor	11:30	Fecha Fin	5-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DOCS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
13222	6.6	93.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	1:00	Generó Alarma	No	X	Si	X	Cual?	ES

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	/	Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	OK	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	OK	Con Sobrecalentamiento	OK

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica [illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las [illegible] del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico Identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit TANQUE OXIGENO	7			
	TARJETA FLUJO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LL - L0 - E5)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y [illegible] LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación de alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión eléctrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de sonido de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
13223	6.6	93.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		FIRMA MANTENIMIENTO