



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-08-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIA AGUDELO No. Orden: []

Identificación del Equipo: Código Equipo: AN-2257-B Fecha Inicio: 6-08-24 Hora Inicio Labor: 9:40 Fecha Fin: 6-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CARRIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES PEDIDOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: En Mantenimiento (FLUJOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REALIAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO: OK Tiempo de la prueba: 3:00 Generó Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [] No [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [OK] Malo []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador de presión estallado

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena OK Con Sobrecalentamiento: OK

Table with columns: No, Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like Estren Pila 9.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Entry: REGULADOR DE PRESION 1

Table with columns: No, Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like Flujo = 0, Flujo Máximo, etc.

Table with columns: En Mantenimiento (FLUJOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REALIAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for entry 1125.