



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-08-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Junior Aguayo No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-4390B Fecha Inicio: 6-08-24 Hora Inicio Labor: 9:30 Fecha Fin: 6-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'TOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES POR PACIENTE
Limpieza General

Form with multiple sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (X), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Bueno), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (AJUSTE REGULADOR de PRECION), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes entry: TAMIZES 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Final summary table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.