ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAT-MAN-FR-006
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-08-24 Permiso #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO No. Orden:

DATOS DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-27778 Fecha Inicio: 6-08-24 Hora: 11:00 Fecha Fin: 6-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

ITEM	DAÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTADO	REPARADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

OBSERVACIONES DEL PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Equipo Encendido	Presión (6-7 PSI)	Oxígeno (mL/min)	Flujómetro (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Flujo (SI-NO)	Oclusión (SI-NO)	Batería (SI-NO)	Fase (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
16271616	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. LAVE AL OK 1:00 X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Malas [X] 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno OK Malo [ ]

REGULADOR de PRECION ESTAMPADO

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK TORNILLERIA: OK CARCASA: OK

No.	Prueba	Resultado
		SI
	Prueba de Fugas	SI
	Conexión eléctrica	SI
		SI
	Prueba de alarma	SI

OBSERVACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	REGULADOR de PRECION	1			

No.	Prueba	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

OBSERVACIONES

Equipo Encendido	Presión (6-7 PSI)	Oxígeno (mL/min)	Flujómetro (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Flujo (SI-NO)	Oclusión (SI-NO)	Batería (SI-NO)	Fase (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
16272	65945	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: