



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-08-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: **JONIER A. OSORIO** No. Orden []

Identificación del EQUIPO
Codigo Equipo: **NN-4644** Fecha inicio: **6-08-24** Hora inicio: **10:00** Fecha Fin: **6-08-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALTA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, P. DESIG. CAMBIADO. Row 1: D.T PROCTOR DISPIAX, 7, SI, No.

Limpieza General

En Mantenimiento: 11877
INDICMETRO: 6-6 PRESION: 92-8 CILINDRO: SI FLUJOMETRO: SI
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO) SI, Pila (SI-NO) SI, Flujo "0" (L0-E0) ES, REJILLAS (SI-NO) SI, FILTROS (SI-NO) SI, BASE (SI-NO) SI, CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) SI, MANEJA (SI-NO) SI, RUEDAS (SI-NO) SI
1. CICLADO: Tiempo de la prueba 2:00, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK, Malo []
5. DAKOS IDENTIFICADOS: **TARJETA PRINCIPAL MALA**
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, 8. Codo Sobrecalentamiento: []

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: Kit VALVULAS desechos 7, Kit TARJETA OXIGENO 7, Kit TARJETA FIJO 7, JUNTA HERMETICA ANILLOS 2, TARJETA PRINCIPAL 1

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo "0" (Cierre fluorimetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: 0000
INDICMETRO: 6-5 PRESION: 92-8 CILINDRO: SI FLUJOMETRO: SI
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO) SI, Pila (SI-NO) SI, Flujo "0" (L0-E0) ES, REJILLAS (SI-NO) SI, FILTROS (SI-NO) SI, BASE (SI-NO) SI, CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) SI, MANEJA (SI-NO) SI, RUEDAS (SI-NO) SI
FIRMA MANTENIMIENTO []