OX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: AD-MAN-FR-01 | Versión 2 | Actualización 17/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: 9-08-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Javier Aguilera | No. Orden:

Código Equipo: 2018040000178 | Fecha Inicio: 9-08-24 | 10:30 | Fecha Fin: 9-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

| FALLA | DAÑO | CLAVE DAÑO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

LIMPIEZA GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | 14 | 6-6 | 94-4 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

1. VIGILANCIA: OK | Tiempo para prueba: 4:00 | 2. RUIDO EXTRAÑO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: AJUSTE REGULADOR de PRECION ALTA EQUIPO CON PARAMETRO OK Y 91 % de OXIGENO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | OK | OK

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Estado Pila 5.5 | | SI |
| | Prueba de Fugas | | SI |
| | Conexión eléctrica | | SI |
| | | | SI |
| | | | SI |

Descripción diagnóstico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Pila 4.0 (Cierre flujometro) | | SI |
| | Flujo Máximo | | SI |
| | Descripción eléctrica | | SI |
| | | | SI |
| | | | SI |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18933 | 6-6 | 91 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |