ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/03/2023
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 9-08-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

DATOS DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 20200800001171A | Fecha Inicio: 9-08-24 | Hora Inicio: 10:00 | Fecha Fin: 9-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CAUSA	CANTIDAD	REPORTE	DESDE GARANTIA
				SI NO	
				SI NO	
				SI NO	
				SI NO	
				SI NO	
				SI NO	

INFORMACION IMPORTADA CONCENTRADOR DE SERVICIO

LIMPIEZA GENERAL

Cr. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (93% - 97%)	FOTÓMETRO (50 Lux)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pitó (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pérdida de Presión (CC-S)	LUCES	FILTROS (Si / No)	CASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANDIL (SI - NO)	PLEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
3781	6.6	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CONTACTO: OK | Tiempo de la prueba: 3:00 | X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Rotas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK | Malo

REGULADOR de PRECION ESTALLADO

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. [illegible]: OK | Luces Sala Alistamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Perdida Pila S.C.V.		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexion electrica		SI
4	Conexion electronica		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otro		
7	Otro		

Estado del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	REGULADOR de PRECION	1			

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga 4 LPM (Caida hujometro)		SI
2	Flujo Maximo		SI
3	Desconexion		SI
4	Desconexion Objeto Roto		SI
5	Activacion de valvula de alivio		SI
6	Otro		
7	Otro		

Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (93% - 97%)	FOTÓMETRO (50 Lux)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pitó (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pérdida de Presión (CC-S)	LUCES	FILTROS (Si / No)	CASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANDIL (SI - NO)	PLEDAS (SI-No)
3784	6.6	94	6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	X

FIRMA MANTENIMIENTO: